

Santo André, 27 de Setembro de 2023.

Prezados,

A Empresa Maxximed, vêm através deste comunicar aos clientes que o produto Maxxitest Integrador Químico Tipo 5, lote IQV50623 apresentou impressão com código QR CODE incorreto devido uma falha de conferência interna. Por este motivo o QR CODE foi inutilizado. Importante ressaltar que, a inutilização do QR CODE **não interfere na qualidade e segurança do nosso produto.**

Os lotes posteriores encontram-se em produção com a introdução dos códigos de QR CODE corretos, não havendo inconformidades desta natureza.

Agradecemos à compreensão e parceria.

Lote QR CODE – Inutilizado:



Lote QR CODE:

