

## COMUNICADO IMPORTANTE

A MAXXIMED Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ nº 43.301.230/0001-01 e estabelecida na Avenida Queirós Filho, 656 – Santo André / SP, vem por meio desta comunicar aos nossos clientes, distribuidores, parceiros e interessados em geral que, a partir da presente data, os produtos relacionados abaixo, terão sua **produção descontinuada**, a saber:

1. Indicador Biológico Colorimétrico “CLICKTEST”  $\text{VH}_2\text{O}_2$ , de código **IBPC24H** para ciclos de plasma ou vaporização de peróxido de hidrogênio e leitura do resultado em até 24 horas.
2. Indicador Biológico Colorimétrico “CLICKTEST” FORM, de código **IBFC24H** para ciclos de mistura vapor e formaldeído e leitura do resultado em até 24 horas.
3. Indicador Biológico Colorimétrico “CLICKTEST” ETO, de código **IBEC48H** para ciclos de gás óxido de etileno e leitura do resultado em até 48 horas.

Esclarecemos que tal medida visa atender as necessidades das instituições de saúde, quanto a melhoria na gestão do arsenal frente à crescente demanda pela rápida liberação da gama de produtos para saúde processadas por estes métodos de esterilização. Assim, **recomendamos que promovam a substituição, pelos seguintes produtos:**

1. Indicador Biológico Fluorimétrico “CLICKTEST”  $\text{VH}_2\text{O}_2$ , de código **IBPF20M** para ciclos de plasma ou vaporização de peróxido de hidrogênio e leitura do resultado em até 20 minutos.
2. Indicador Biológico Fluorimétrico “CLICKTEST” FORM, de código **IBFF2H** para ciclos de mistura vapor e formaldeído e leitura do resultado em até 2 horas.
3. Indicador Biológico Fluorimétrico “CLICKTEST” ETO, de código **IBEF4H** para ciclos de gás óxido de etileno e leitura do resultado em até 4 horas.

Declaramos que estas mudanças preservam o mesmo padrão de qualidade e de segurança na monitorização dos ciclos de esterilização e, proporcionará racionalização e ganhos de escala em nossa linha de produção, que possibilitará a oferta destes produtos em condições muito mais competitivas, cuja relação custo-benefício será um diferencial importante à sua implantação.

Contando com sua compreensão ao exposto, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Santo André - SP, 26 de março de 2024.

**DIRETORIA TÉCNICA**