

Santo André, 20 de agosto de 2025.

Informamos que o manual impresso que acompanha o lote atual do **Teste Bowie Dick** ainda corresponde à versão anterior do documento. Ressaltamos, entretanto, que a versão revisada já está disponível em meio digital em nosso site oficial, no link abaixo:

 www.maxximed.com.br/teste-bowie-dick

A nova versão do manual encontra-se em processo de produção gráfica, e em breve passará a acompanhar fisicamente todos os lotes do produto.

Para sua ciência, destacamos as principais alterações entre as versões:

- **Referência normativa:**
 - Versão anterior: **RDC 185/2001.**
 - Versão atualizada: **RDC 751/2022.**
- **Condições de armazenagem:**
 - Versão anterior: temperatura entre **15°C e 30°C** / umidade entre **30% e 60%.**
 - Versão atualizada: temperatura entre **15°C e 35°C** / umidade entre **10% e 80%.**
- **Informação adicional:**
 - Inclusão do campo **Responsável Técnica.**
 -

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a conformidade regulatória, garantindo que todas as informações estejam devidamente atualizadas e acessíveis.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Santo André, 20 de agosto de 2025.

Le informamos que el manual impreso que acompaña al lote actual de la **Prueba Bowie Dick** aún corresponde a la versión anterior del documento. Sin embargo, destacamos que la versión revisada ya está disponible digitalmente en nuestro sitio web oficial, en el siguiente enlace:

 www.maxximed.com.br/teste-bowie-dick

La nueva versión del manual se encuentra actualmente en proceso de producción gráfica y próximamente se incluirá físicamente con todos los lotes del producto.

Para su información, destacamos los principales cambios entre las versiones:

• **Referencia normativa:**

- Versión anterior: **RDC 185/2001.**
- Versión actualizada: **RDC 751/2022.**

• **Condiciones de almacenamiento:**

- Versión anterior: temperatura entre **15°C y 30°C** / humedad entre **30% y 60%**.
- Versión actualizada: temperatura entre **15°C y 35°C** / humedad entre **10% y 80%**.

• **Información adicional:**

- Inclusión del campo de **Responsable Técnico.**

Reforzamos nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo, garantizando que toda la información esté debidamente actualizada y sea accesible.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración.

Santo André, August 20, 2025.

We inform you that the printed manual accompanying the current batch of the **Bowie Dick Test** still corresponds to the previous version of the document. We emphasize, however, that the revised version is now available digitally on our official website, at the link below:

 www.maxximed.com.br/teste-bowie-dick

The new version of the manual is currently in the graphic production process and will soon be physically included with all batches of the product.

For your information, we highlight the main changes between the versions:

• **Normative Reference:**

- Previous version: **RDC 185/2001.**
- Updated version: **RDC 751/2022.**

• **Storage Conditions:**

- Previous version: temperature between **15°C and 30°C** / humidity between **30% and 60%.**
- Updated version: temperature between **15°C and 35°C** / humidity between **10% and 80%.**

• **Additional Information:**

- Inclusion of the Technical Manager field.

We reinforce our commitment to transparency and regulatory compliance, ensuring that all information is properly updated and accessible.

We are available for any further clarification.